



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.38.050.А № 40220

Срок действия до 23 декабря 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Дозиметры-радиометры персональные МКС-03СА

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
ООО "СНИИП-АУНИС", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 44593-10

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
СНЖА.412152.003 РЭ, раздел 5

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - при отсутствии контрольного источника в комплекте поставки, 2 года - при наличии контрольного источника в комплекте поставки

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2019 г. № 3240

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

А.В.Кулешов



"30" 12 ..... 2019 г.

Серия СИ

№ 039412